

项目名称:泌尿科耗材遴选会

第一部分 须知前附表

序号	主 要 内 容
1	文件发出时间: 2022 年 3 月 3 日下午 16 点北京时间 文件回执截止时间: 2022 年 3 月 10 日下午 16 点北京时间
2	项目: 泌尿科耗材遴选会
3	文件正本 1 份, 副本 7 份。
4	文件递交处: 福建省肿瘤医院 设备科会议室
5	上述时间、地点如有变动, 以单位届时通知为准。

地 址: 福建省福州市福马路 420 号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮 编: 350000

电 话: 0591-62752536

联系人: 林

一、耗材遴选项目

	耗材名称	性能及适用范围	参考要求
1	单 J 管输尿管支架及附件	1、该产品用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外。 2、单 J 管，由支架管、导丝等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸，包含 8Fr, L550mm。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品、产品注册证。 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2	双 J 管输尿管支架及附件	1、该产品用于输尿管肾盂连接部位至膀胱之间的临时性引流。 2、双 J 管，由支架管、导丝等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	
3	抗压输尿管支架及附件	1、该产品用于治疗输尿管狭窄及输尿管压迫。 2、由支架管、导丝等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	
4	抗返流输尿管支架及附件	1、该产品用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外，具有抗返流功能。 2、由支架管、导丝等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	
5	自膨式尿路支架系统	1、该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。 2、由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	
6	球囊扩张导管	1、该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄时的尿路扩张。 2、由球囊扩张导管、压力泵和附件组成等组成。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	

7	导丝	1、该产品用于输尿管镜下经尿道建立进入膀胱、输尿管的通道。 2、产品末端柔软，导丝主体硬度适当，表面有条纹易于输尿管镜下识别，能适用于各种类型的输尿管支架管。 3、产品应无菌，一次性使用。 4、规格需覆盖临床常用尺寸，包含 F5 以下输尿管支架置入。 5、产品需在福建省耗材阳光采购平台挂网。	
8	可吸收缝线	1、该产品用于缝合肾盂、输尿管切口等。 2、产品为无菌可吸收性单股缝线。 3、尺寸：4-0、5-0。	
9	一次性使用膀胱冲洗器	1、该产品用于泌尿外科手术后膀胱冲洗。 2、产品应无菌，一次性使用。	

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。

- 1、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。
- 2、提供产品相关三证等。
- 3、至少提供样品一套。
- 4、遴选参考标准：

序号	项目	遴选参考标准
1	价格	40%
2	产品标准、质量	40%
3	产品公立医院市场占有率情况及供应商服务能力	10%
4	现场样品展示	10%
	综合	100%

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单及样品寄回“福建省肿瘤医院设备科”。

序号	耗材名称	规格型号
1		
2		
3		
4		
5		

公司名称：_____

联系人：_____

联系电话：_____

邮箱号：_____

公司盖章：

202 年 月 日