

项目名称：高压注射器针筒及附件遴选会

第一部分 须知前附表

序号	主要内容
1	文件发出时间：2022年 4月 20日上午9点北京时间 文件回执截止时间：2022年 4月 26日下午17点北京时间 遴选时间： 待定
2	项目：高压注射器针筒及附件遴选会
3	文件正本 1 份，副本 7 份。
4	文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室
5	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。

地 址： 福建省福州市福马路 420 号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮 编： 350000

电 话： 0591-62752536

联系人： 林

一、耗材遴选项目

	耗材名称	性能及适用范围	参考要求
1	高压注射器 针筒及配件	1、适用于 medrad salient DC009DW 高压注射器 2、双筒，容量 200ml/20ml。针筒最大耐压值不小于 300PSI 或 2100Kpa，针筒内表面润滑性能需良好。 3、组件包含但不限于：多通道连接管 1 根（150cm 以上，最大耐压值不小于 300PSI 或 2100Kpa）、穿刺吸药管 2 支。 4、产品应无菌	1、产品应满足相关生产管理标准。 2、遴选会上需提供样品 3、需提供我省其他公立医院采购发票复印件 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2	高压注射器 针筒及配件	1、带穿刺器的三通连接管，适配各种高压注射器针筒，用于实现高压注射器快速抽药。 2、带单向阀，长度 60cm 以上，最大耐压值不小于 300PSI 或 2100Kpa。 3、产品应无菌	

二、耗材遴选方案

有意愿参与的对象，需按以下提供如下所需的相关资料并进行报价。

- 1、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。
- 2、提供产品相关三证等。
- 3、至少提供样品一套。
- 4、提供报价单位必须为福建省肿瘤医院耗材供应商。
- 5、遴选参考标准：

序号	项目	遴选参考标准
1	价格	40%
2	产品标准、质量	40%
3	产品公立医院市场占有率情况及供应商服务能力	10%
4	现场样品展示	10%
	综合	100%

项目文件回执单

请各公司在一周内将此回执单及样品寄回“福建省肿瘤医院设备科”。

序号	耗材名称	规格型号
1		
2		
3		
4		
5		

公司名称: _____

联系人: _____

联系电话: _____

邮箱号: _____

公司盖章:

202 年 月 日